

 <p>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA</p> <p>CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: (55) 3551-3400 Endereço: Praça Tenente Portela, 23 - Centro CEP: 98500-000 - Tenente Portela</p>	<p>Dispensa de licitação 95/2025</p> <p>Número Processo: 207/2025 Data do Processo: 12/12/2025</p>
---	--

OBJETO DO PROCESSO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONSERVADORAS IMUNOBIOLÓGICAS

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2025

Reuniram-se no dia 13/12/2025, às 10:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 432/2024, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 207/2025 na modalidade de Dispensa de licitação. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

A presente dispensa de licitação, tem por objeto a manutenção preventiva de conservadoras imunobiológicas, apresentaram propostas as empresas VINICIUS ANDRE PETRY CNPJ 20.591.823/0001-46, ELETROFRIO COMÉRCIO DE SIST. ELET. E REFRIGERAÇÃO CNPJ 42.966.224/0001-00 e JBM SOLAR CNPJ 27.767.256/0001-85. Após análise das propostas restou vencedora a empresa VINICIUS ANDRE PETRY CNPJ 20.591.823/0001-46 que apresentou proposta no valor total de R\$6.050,00 (Seis mil e cinquenta reais), conforme especificação abaixo.

A documentação apresentada pela empresa vencedora atende a todas as exigências legais.

Face ao exposto, após concluídos os trâmites legais, a empresa vencedora será convocada para assinatura de contrato, conforme instrumento convocatório Lei Federal nº. 14.133/2021, que rege as Licitações.

Participante: VINICIUS ANDRE PETRY

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Manutenção preventiva e preditiva de CONSERVADORA DE IMUNOBIOLÓGICOS Revisão eletrônica e elétrica Recalibração e aferição, ajuste de sensores de temperatura. Rastreabilidade via RBC (Rede Brasileira de Calibração) Analise Visual da integridade estrutural do equipamento - Conferência das vedações dos equipamentos RECOMENDAÇÃO CONTIDA NO MANUAL DE REDE DE FRIO DA ANVISA(pag. 63 item 6.13) (SEM TROCA DE PEÇAS) - Manutenção preventiva e preditiva de CONSERVADORA DE IMUNOBIOLÓGICOS Revisão eletrônica e elétrica Recalibração e aferição, ajuste de sensores de temperatura. Rastreabilidade via RBC (Rede Brasileira de Calibração) Analise Visual da integridade estrutural do equipamento - Conferência das vedações dos equipamentos RECOMENDAÇÃO CONTIDA NO MANUAL DE REDE DE FRIO DA ANVISA(pag. 63 item 6.13) (SEM TROCA DE PEÇAS)	4,000	UN		1.300,0000	5.200,00
2	Manutenção preventiva de portatil CONSERVADORA DE IMUNOBIOLÓGICOS Revisão eletrônica e elétrica Recalibração e aferição, ajuste de sensores de temperatura Rastreabilidade via RBC (Rede Brasileira de Calibração) Análise visual da integridade estrutural do equipamento - Conferência das vedações dos equipamentos RECOMENDAÇÃO CONTIDA NO MANUAL DE REDE DE FRIO DA ANVISA (pag. 63 item 6.13) (SEM TROCA DE PEÇAS) - Manutenção preventiva de portatil CONSERVADORA DE IMUNOBIOLÓGICOS Revisão eletrônica e elétrica Recalibração e aferição, ajuste de sensores de temperatura Rastreabilidade via RBC (Rede Brasileira de Calibração) Análise visual da integridade estrutural do equipamento - Conferência das vedações	1,000	UN		850,0000	850,00

dos equipamentos RECOMENDAÇÃO CONTIDA NO
MANUAL DE REDE DE FRIO DA ANVISA (pag. 63 item
6.13) (SEM TROCA DE PEÇAS)

Total do Participante:	6.050,00
Total Geral:	6.050,00

**Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.**

Tenente Portela, 13/12/2025

BARBARA CASTAGNA LOVATO
PRESIDENTE